



Ministerio de Salud Pública  
PROVINCIA DE MISIONES

3054

03 DIC 2018

**ANEXO ARTÍCULO 30°**  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

**Especificaciones Técnicas:**

**Cantidad: 1 (una) Impresora Digital de Placas Radiográficas.**

*Rendimiento*

- 14 x 17 pulgadas: 75 hojas/hora;
- Tiempo de acceso (primera hoja) 65 seg. (14 x 17 pulgadas);
- 8 x 10 pulgadas: 130 hojas/hora para mamografía;
- Tiempo de acceso (primera hoja) 40 seg. (8 x 10 pulgadas MAMMO).

*Zona de diagnóstico Radiografía general*

- 8 x 10 pulgadas: 3852 x 4880 píxeles;
- 14 x 17 pulgadas: 6922 x 8368 píxeles. Mamografía
- 8 x 10 pulgadas: 3828 x 4958 píxeles;
- 10 x 12 pulgadas: 4892 x 5810 píxeles.

*Resolución de impresión*

- Geométrica: 508 ppp;
- Contraste: 14 bits de impresión

*Capacidad de las bandejas de suministro*

- 100 hojas por bandeja de suministro.

*[Handwritten signature]*

DR. FLORENCIA I. ALMÚ...  
DIRECTORA CUENTAS ESPECIALES  
RESOLUCIÓN Nº 2252/17  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
PROVINCIA DE MISIONES

SEÑORITA CHIOPALO  
D. S. S. S. S.  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
PROVINCIA DE MISIONES

DR. LUIS CARLOS RODRIGUEZ  
Subsecretario de Gestión Adm. y Financiera  
Ministerio de Salud Pública  
Provincia de Misiones

DR. PATRICIA F. DE PERE  
DELEGADA ESPECIAL



Dr. Walter Miguel Villalba  
MINISTRO SECRETARIO  
DE SALUD PUBLICA  
Provincia de Misiones